中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823

广州市微生物研究所

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检测报告

TEST REPORT

报告编号	KJ20200107
样品名称	S8 自吸过滤式呼吸器
委托单位	深圳市乐正科技有限公司

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823

检测编号：KJ20200107
Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检 测 报 告
TEST REPORT

收样日期：2020 年 02 月 11 日
Date Received

检测日期：2020 年 02 月 13 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	S8 自吸过滤式呼吸器	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	深圳市乐正科技有限公司	样品来源 Sample Source	委托方送检
生产单位 Manufacturer	深圳市乐正科技有限公司	商标 Brand	原森态
生产日期 Date of Production	2020.2.10	生产批号 Batch Number	试生产
型号规格 Type and Specification	S8	样品数量 Quantity of Sample	20 个
样品状态 State of Sample	片状	样品包装 Packing of Sample	袋装
样品图片 Sample Picture			
检验依据和方法 Standard and Methods	GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范		
检测项目 Items of Analysis	1. 过滤效率 2. 呼气阻力 3. 吸气阻力		
备注 Remarks	——		

接下页/To be continued

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823

检测编号：KJ20200107
Test No.

广州市微生物研究所
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY

检 测 报 告
TEST REPORT

收样日期：2020 年 02 月 11 日
Date Received

检测日期：2020 年 02 月 13 日
Date Analyzed

检测结果
Test Results

	Test Item	Unit	Test Result	Required Standard
1	Filtration Efficiency	%	98.2	KN90（≥90.0%） KN95（≥95.0%） KN100（≥99.97%）
2	Inspiratory Resistance	Pa	53.3	≤145
	Expiratory Resistance	Pa	142.2	≤175

报告结束/End of report

编制：徐国洋 Editor　审核：[illegible] Checker　签发：[illegible] Issuer　签发日期（公章）：2020.2.17 Date Reported

广州市微生物研究所 检验检测专用章

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823

声　明

一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。

二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。

三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。

四、 本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。

六、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

七、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

联系电话：（8620）61302671

网址：http://www.ggtest.com.cn